

Urmare a solicitării de clarificari transmise de către un operator economic, vă comunicăm următoarele:

**Intrebarea nr. 1:** Va rugam frumos sa ne specificati pentru loturile 28-30 daca rolele de sterilizare sunt cu volum sau fara volum?

**Raspuns intrebarea nr. 1:** Rolele de sterilizare pentru autoclav, solicitate la pozitiile 28-30, sunt fara volum (fara pliu).